



// ENSURESAFETY

### 8310 // WHITE WAVE

MATERIAL	Nitril alb
STRAT DE PROTECȚIE	-
MĂRIMI	XS-XL
UNITATE DE AMBALARE	1000 bucăți (10 cutii a 100 bucăți fiecare)
CERTIFICARE	EN 374



#### DESCRIERE

Mănuși NITRAS WHITE WAVE de unică folosință din nitril, albe, nesterile, cu margine roluită, nepudrate, produse conform EN 455, pentru contactul cu alimente, ambidextre, mănuși pentru examinare medicală, microtexturate la vârful degetelor, cod de culori corespunzător mărimilor, AQL 1,5

#### DEPOZITARE

Produsele trebuie depozitate corespunzător, în cutii de carton, în camere răcoroase și uscate. Influențele externe, cum ar fi umezeala, temperatura, lumina, cât și modificarea naturală a materialelor în timp, pot duce la modificări ale proprietăților.

#### DURABILITATE



A se vedea ambalajul exterior

	Material	Culoare
Palmă	Nitril	Albă
Arătător și deget mare	Nitril	Albă
Dosul mâinii	Nitril	Albă
Vârful degetelor	Nitril	Albă
Manșetă tricotată	Nitril	Albă

Grosime (aprox.)	mm
Deget	0.10±0.02
Palmă	0.08±0.02
Manșetă	0.07±0.02

Dimensiuni	Mărime	Valori
Lungime (mm)	Toate mărimile	min. 240
	XS	75±5
	S	85±5
Lățimea palmei (mm)	M	95±5
	L	105±5
	XL	115±5

Proprietăți	Val. standard înainte de îmbătrânire	Val. standard după îmbătrânire
Alungire la rupere (%)	Min.600 (indicat min.400)	Min.500 (indicat min.400)
Rezistența la întindere (MPa)	Min.18 (indicat min.14)	Min.20 (indicat min.14)

EN 420:2003 + A1:2009	Parametru testat	Nivel de performanță	Rezultat test
	Dexteritate	1-5	5
EN 374-3:2003	Parametru testat	Nivel de performanță	Rezultat test
	Hidroxid de sodiu 40%	1-6	6
EN 374-2:2014	Parametru testat	Nivel de performanță	Rezultat test
	Penetrare Permeabilitate	- -	Admis Admis

Versiune 1.0.0 | 180802\_TL I



MCD MEDICAL CARE DENTAL GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY  
 TELEFON: +49 2272 401 111 | FAX: +49 2272 401 200 | E-MAIL: info@nitras-medical.com | WEB: www.nitras-medical.com  
 GESCHÄFTSFÜHRER: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt-IdNr.: DE299692222

Subsemnatul *MILU Florin Dan*, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul autorizației nr. 3408 din data de 28.06.2000, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

